

LISTE DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN MAMMOGRAPHIE NUMÉRIQUE

TESTS MENSUELS, TRIMESTRIELS OU SEMESTRIELS

Veillez photocopier cette liste et soumettre une Liste de vérification pour une période de 12 mois (6 mois dans le cas des nouveaux demandeurs ou d'un remplacement d'unité).

SALLE : _____ ANNÉE : _____

Crochet (✓) = Réussite ou résultat adéquat; X = Échec; apposez vos initiales une fois terminé

MOIS	JANV.	FÉVR.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.
INITIALES												
IMAGE FANTÔME DU PAM (MENSUEL; RECOMMANDÉ)												
VÉRIFICATION VISUELLE (MENSUEL)												
VÉRIFICATION DU CQ PAR LE RADIOLOGISTE EN CHEF (MENSUEL)												
ANALYSE DES REPRISES CHANGEMENT ≤ 2 % (TRIMESTRIEL)												
COMPRESSION DE 25 À 45 LB (SEMESTRIEL)												
VISITE DU PHYSICIEN (ANNUEL)												
EXAMEN DU CQ PAR LE PHYSICIEN (ANNUEL)												
Mesures supplémentaires de contrôle de la qualité de la CR (s'il y a lieu)												
ÉVALUATION DES ARTÉFACTS DES PLAQUES CR (MENSUEL)												
FTM – TEST DE RÉOLUTION (TRIMESTRIEL POUR LES UNITÉS D'ACQUISITION D'IMAGES NUMÉRISÉES)												
UNIFORMITÉ DE LA SENSIBILITÉ DES PLAQUES CR (SEMESTRIEL)												
Mesures supplémentaires de contrôle de la qualité de l'imprimante (s'il y a lieu)												
ÉVALUATION DES ARTÉFACTS DE L'IMPRIMANTE AU LASER												
QUALITÉ DE L'IMPRESSION												
NUMÉRISSEUR DE FILMS (TRIMESTRIEL)												

DATE

TEST

COMMENTAIRES

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

LISTE DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN MAMMOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Veillez photocopier cette liste et soumettre une Liste de vérification pour une période de 12 mois (6 mois dans le cas des nouveaux demandeurs ou d'un remplacement d'unité).

TESTS QUOTIDIENS OU HEBDOMADAIRES

SALLE : _____ ANNÉE : _____

Crochet (✓) = Réussite ou résultat adéquat; X = Échec; apposez vos initiales une fois terminé

MOIS																																
JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
INITIALES																																
LISTE DE VÉRIFICATION QUOTIDIENNE (QUOTIDIEN)																																
PROPRETÉ DES MONITEURS (QUOTIDIEN)																																
CQ DU MONITEUR D'ANALYSE (HEBDOMADAIRE)																																
CQ DU MONITEUR D'ACQUISITION (HEBDOMADAIRE)																																
QUALITÉ DE L'IMAGE-TEST (RAPPORTS SIGNAL/BRUIT ET CONTRASTE/BRUIT) (HEBDOMADAIRE)																																
ÉVALUATION DES ARTÉFACTS (UNIFORMITÉ DU CHAMP) (HEBDOMADAIRE)																																
Contrôle de la qualité de l'imprimante (s'il y a lieu)																																
SENSITOMÉTRIE DE L'IMPRIMANTE AU LASER (HEBDOMADAIRE)																																
PROPRETÉ DU NÉGATOSCOPE (HEBDOMADAIRE)																																

LISTE DE VÉRIFICATION QUOTIDIENNE DE L'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

Veillez photocopier cette liste et soumettre une Liste de vérification pour une période de 12 mois (6 mois dans le cas des nouveaux demandeurs ou d'un remplacement d'unité).

SALLE : _____ ANNÉE : _____

Crochet (✓) = Réussite ou résultat adéquat; X = Échec; apposez vos initiales une fois terminé

MOIS																																	
JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
INITIALES																																	
AUCUNE PIÈCE DÉSSERRÉE																																	
INTÉGRITÉ GLOBALE																																	
PROPRETÉ																																	
PALETTES NON FENDILLÉES																																	
ENVELOPPE ET CÂBLAGE NON OBSTRUÉS																																	
Mesures supplémentaires de contrôle de la qualité de la CR (s'il y a lieu)																																	
PROPRETÉ DU LECTEUR																																	
EFFACEMENT DES PLAQUES D'IMAGERIE																																	

MOIS																																		
JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
INITIALES																																		
AUCUNE PIÈCE DÉSSERRÉE																																		
INTÉGRITÉ GLOBALE																																		
PROPRETÉ																																		
PALETTES NON FENDILLÉES																																		
ENVELOPPE ET CÂBLAGE NON OBSTRUÉS																																		
Mesures supplémentaires de contrôle de la qualité de la CR (s'il y a lieu)																																		
PROPRETÉ DU LECTEUR																																		
EFFACEMENT DES PLAQUES D'IMAGERIE																																		